

FICHA TÉCNICA

INCUBADORAS ESPORAS PARA AUTOCLAVE



Características técnicas:

Incubadora vapor.

- Los indicadores biológicos y su colocación en la carga a esterilizar, proporcionan una prueba específica para demostrar que se han obtenido las condiciones necesarias para la esterilización.
- Los controles biológicos son cultivos de microorganismos no patógenos en forma de esporas que ofrecen gran resistencia a los agentes esterilizantes, y es el único sistema fiable que nos asegura la destrucción total de los microorganismos.
- Los indicadores Attest permiten interpretar los resultados por un simple cambio de color en el medio de cultivo.
- Indicado para clínicas de análisis, clínicas dentales, etc.